

STS-M400 semi-automatic specific protein analyzer

STS-M400半自动特定蛋白分析仪



高稳定 高性能 尺寸紧凑



PERFORMANCE CHARACTERISTICS

性能特点

- 精密度：精密度以变异系数CV表示，要求 $\leq 5\%$ 。
- 准确度：准确度以测试平均值与标示值的偏差（B）表示，要求 $\leq \pm 5\%$ 。
- 仪器稳定性：开机4小时、8小时后，平均值与标示值的偏差（B）表示，要求 $\leq \pm 5\%$ 。
- 环境试验要求：符合GB/T 14710-2009中气候环境试验I组，机械环境试验I组及本技术要求中表3的规定的要求。分析仪的运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009中第4、5章的要求。
- 安全要求：符合GB 4793.1-2007、GB 4793.9-2013和YY0648-2008中适用条款的要求。
- 电磁兼容要求：符合GB/T18268.1-2010和GB/T18268.26-2010中适用条款的要求。

APPLICATION FIELD

应用领域



医院



卫生院



实验室



动物医院

TECHNICAL PARAMETER

技术参数

项目	数据
仪器尺寸	不大于320mm*230mm*130mm
分析方法	速率散射比浊法
光学系统	单一波长半导体光源，波长为650nm，一次性使用有机玻璃比色杯。
试剂	分析仪配套专用试剂
反应位	反应杯位1个
加样方式	手动加样
数据处理	测试结果存储监测、结果查询、结果打印，具备4G以上联网和WIFI功能，可上传下载信息，远程升级和维护
测量通道	4个通道
温控及搅拌	自动温控、自动搅拌。
检测步骤	和预分装试剂配套使用，检测步骤简单，只需一步，结果立等可取
操作软件	采用实时多任务操作系统，中文操作语，友好的界面及全面的数据管理，分级菜单控制，操作简单
标配存储	可储存两万组测试数据
外接设备	蓝牙打印机

书豪仪器 助力中国高端制造
SOOHOW INSTRUMENT SUPPORT
HIGH-END MANUFACTURING IN CHINA
SOOHOW